

甘肃省临床检验中心

2026 年特殊蛋白检测室间质量评价（能力验证）

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2026 年特殊蛋白室间质量评价将进行 2 次活动(共 10个批号)，一次邮寄。

评价项目 8 项，有 IgA、IgG、IgM、C3、C4、C-反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）。

| 活动次数 | 批号                                 | 样本建议测定日期   | 结果上报截止日期   | 质评成绩下发日期   |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 第1次  | 202611、202612、202613、202614、202615 | 2026年7月15日 | 2026年7月29日 | 2026年8月12日 |
| 第2次  | 202621、202622、202623、202624、202625 | 2026年9月1日  | 2026年9月15日 | 2026年9月29日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存：未复溶质评样品，2℃-8℃ 避光密封保存，有效期 24个月

三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本性状为冻干粉材质。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样本从冰箱取出，准确加入 1.0ml 去离子水或蒸馏水， 加盖室温放置 30 分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。样品复溶后在2℃~8℃密封保存可稳定10天；-20℃以下冷冻保存，可稳定30天，但应避免反复冻融。 未开瓶，2~8可保存至效期末。

质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

1. 在线填报《结果回报表》时，请认真核对“方法”“仪器”“试剂”“校准物”等信息内 容；确认单位及小数点无误，错误或不完整的信息可能影响成绩的评判。
2. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填 报时，请电话联系补寄。
3. 若检测过程中出现样品浓度超出检测系统线性区间上限/下限的情况，请直接填写线性上限/下限值(数值前勿添加“”或“>”)。注意:线性下限值一般为检测系统的定量限，请勿错报为检出限。
4. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

5. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。

## 五、联系方式

1. 室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心

2026 年 7 月