

甘肃省临床检验中心

2026 年感染性疾病抗原抗体快速检测室间质量评价

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间安排

1. 评价项目

2026年全省感染性疾病抗原抗体快速检测室间质评检测项目共有4项：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、抗丙型肝炎病毒抗体（HCV-Ab）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（HIV-Ab）、抗梅毒螺旋体抗体（TP-Ab）。

2. 时间安排

室间质评样本共10支，一次寄发，全年分2次检测，每次检测5支样本，具体安排如下：

活动次数	批号	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第一次	202611, 202612	7月20日	7月30日	8月17日
	202613, 202614, 202615			
第二次	202621, 202622	10月10日	10月19日	10月30日
	202623, 202624, 202625			

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、储存和稳定性

收到质控样本后请原包装储存于-20℃条件下。室间质评样本贮存在 20～25℃可稳定8小时；贮存在2～8℃可稳定7天；贮存在-20℃以下可保存至有效期末。但不可反复冻融。有微生物污染，可能改变其内容物的分析成分。

三、样本处理方法

1. 室间质评样本为液体，1.0 ml/支，该样本是原倍样本。
2. 室间质评样本检测时，应按日常病人检测样品处理方式处理，由日常工作人员使用实验室常规检测试剂检测，检测次数应与常规检测病人样品的次数相同。
3. 操作步骤：将室间质评样本取出，待完全融化且平衡至室温 20～25℃，轻轻颠倒数次，使内容物完全混匀后进行检测；当日未用完且无污染，可2-8℃保存，须在1周内用完；应避免反复冻融和重新分装。样品如有絮状或沉淀属正常现象，可先将样品混匀后，3000rpm离心5min取上清检测。

四、结果报告

1. 每一个样本的定性结果(+或-)必须填写。定性结果作为质评成绩评价的依据。
2. 方法：选择并将上报表中所列实验方法代码填入回报表中方法栏目。
3. 仪器：选择并将上报表中所列仪器代码填入回报表中仪器栏目。
4. 试剂：选择并将上报表中所列试剂生产厂家代码填入回报表中试剂栏目。

五、注意事项

1. 所发室间质评样本虽已经灭活处理，但由于潜在的传染因素，仍应按传染性样本对待。
2. 若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请及时与临检中心免疫室联系。
3. 每次在网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，**必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）**。
4. 投诉及申诉处理流程：我中心接收参加者通过电话提出的诉求后，由项目负责人及时记录基本信息，对有效投诉或申诉全面调查原因，填写《参加者投诉及处理记录》或《参加者申诉及处理记录》，通过电话向投诉人反馈结果。投诉及申诉电话：0931-8281034。
5. 室间质评活动中的专业问题可与临床免疫室联系：
电话：0931-8281605
联系人：张晓梅，杨美娟

甘肃省临床检验中心

2026年7月