甘肃省临床检验中心

2025 年POCT血糖室间质量评价（能力验证）

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2025 年便携式(POCT)血糖检测仪室间质量评价将进行 1 次活动（共 5 个批号样品），测定项目为葡萄糖。

活动次数	批号	样品建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
全年 1 次	202511、202512 、202513 、202514 、202515	6 月 16 日	6 月 27 日	7 月 8 日

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存：8℃～30℃ ， 避光；**勿冷冻！**

三、样品处理

本次能力验证使用的质评样品为液体，1ml/支。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定之前须在室温下（20～25℃）放置 30 分钟，然后取样测 定。开瓶后有效期为 3 个月（30℃ ， 90 天）。**质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。**

四、注意事项

1.关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2025年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；

2.若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请电话联系补寄。

3.当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（https://www.gsccl.cn）修改密码。

4.室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。

五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心