# 甘肃省临床检验中心

## 2025 年心肌标志物室间质量评价（能力验证）

## 活动安排及注意事项

### 一、评价项目与时间表

2025 年心肌标志物室间质量评价将进行 1 次活动（共 5 个批号样品）。评价项目6 项， 肌酸激酶—MB（活性）、肌红蛋白、肌钙蛋白—I（包括超敏肌钙蛋白I）、肌钙蛋白—T（包 括超敏肌钙蛋白—T）、同型半胱氨酸、超敏 CRP。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议测定日期 | 结果上报截止日期 | 质评成绩下发日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全年 1 次 | 202511、202512 、202513 、202514 、202515 | 9 月 16 日 | 9 月 30 日 | 10 月 11 日 |

**注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。**

### 二、样品保存：2℃~8℃ ， 避光。

### 三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本为冻干粉。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样本从冰箱取出，在室温下（2℃～8℃）准确加入 2.0ml 去离子水或蒸馏水，加盖室温放置 30 分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。复溶后样品 加盖密闭置 2℃～8℃可稳定 5 天。-20℃保存，肌钙蛋白—I 可稳定 14 天，其余稳定 28 天。**质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。**

### 四、注意事项

1.关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2025年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；

2.若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请电话联系补寄。

3.当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（https://www.gsccl.cn）修改密码。

4.室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。

### 五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心

2023年6月18日颁布 2023年6月18日实施