# 甘肃省临床检验中心

## 2025 年血清降钙素原室间质量评价（能力验证）

## 活动安排及注意事项

### 一、评价项目与时间表

2025 年血清降钙素原室间质量评价将进行 1 次活动（共 5 个批号样品）。评价项目为降钙素原（PCT），单位 μg/L（即 mg/ml）。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议测定日期 | 结果上报截止日期 | 质评成绩下发日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全年 1 次 | 202511、202512 、202513 、202514 、202515 | 11 月 1 日 | 11 月 15 日 | 11 月 25 日 |

**注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。**

**二、样品保存：2℃～8℃ ， 避光。**未复溶质评样品，2℃~8℃密封保存，有效期 12 个月。

### 三、样品处理

本次能力验证使用的质评样本为冻干粉。为了避免污染，破损等意外造成的生物安全问题，采用三层包装。测定前将样品从冰箱取出，室温放置约 30 分钟，准确加入 1.0ml 去 离子水或蒸馏水，使质控品充分复溶，然后轻轻混匀后进行测定。复溶后样品加盖密闭置室 温可稳定 4 小时。**质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。**

### 四、注意事项

1.关于我中心 EQA 流程，可参阅当年的《2025年甘肃省临床检验室间质量评价注册说明书》；

2.若发现室间质评样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，影响测定或结果填报时，请电话联系补寄。

3.当年新参加单位，用户名和密码均为您的实验室编码。为保证您实验室信息安全，请尽快登 录网站（https://www.gsccl.cn）修改密码。

4.室间质评成绩不合格时，应及时查找原因并采取纠正措施。

### 五、联系方式

室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：

联系人：刘婧、颜丽

电话：0931-8281226.

甘肃省临床检验中心